



Veiligheidscertificaat K6510/08



Uitgegeven 2017-07-01
Vervangt K6510/07
Pagina 1 van 3

Bedpanspoelers

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Ken Maskinfabrik A/S

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14011/01: "Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen", d.d. 2006-07-20

waarbij de eisen uit

NEN-EN 1717: 2000: "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming"

toegepast worden om het verontreinigingsrisico te bepalen en de geschikte beveiligingseenheid te kiezen.

Luc Leroy
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Producent
Ken Maskinfabrik A/S
Bogebjergvej 60, Brobyværk
DK-5672 BROBY
Denemarken
Tel. 0045 62631091
Fax 0045 62631607
ken@ken.dk
www.ken.dk

Vertegenwoordiger
Oostwoud International
Harlingergweg 49b
8801 PA Franeker

0517 399200
0517 397204
info@oostwoud.com
www.oostwoud.com

CERTIFICAAT

Bedpanspoelers

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model	Toegepaste beveiligingseenheid
711 OS	Familie A, type A ¹
727 OS	Familie A, type A
731 OS	Familie A, type A
733 OS	Familie A, type A
736 OS	Familie A, type A
738 OS	Familie A, type A

¹ wordt geïnstalleerd met een keerklep, type EB, op de drinkwaterinstallatie

Bedpanspoelers

TOEPASSING EN GEBRUIK

Dit certificaat is van toepassing op seriematig vervaardigde "gevaarlijke toestellen" die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties. Van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 de wateraansluiting zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen. De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.

MERKEN

De producten worden gemerkt met de sticker:



Plaats van het merk:

- Op de buitenzijde van het product, nabij de wateraansluiting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk;
- type aanduiding.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Ken Maskinfabrik A/S
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op het waterleidingtechnische deel van het toestel of de installatie. Kiwa verklaart hiermee dat de constructie van dit waterleidingtechnische deel zodanig is uitgevoerd, dat verontreiniging van de drinkwaterinstallatie wordt voorkomen. Kiwa doet hiermee geen uitspraak over het functioneren of de doelmatigheid van een onder deze verklaring geleverd product

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.